indusbello bambini

Autoclavable hasta 135° C

Línea Odontológica

Favor verificar las Instrucciones de uso

No Estéril

Manténgalo lejos de La luz del sol

Manténgalo Seco

Retractor de Labios en "C"

- *Producido en material transparente*
- *Ideal para fotografiar dientes anteriores*
- *Bordas redondeadas y sin rebabas*
- *Máximo confort y fotografías intraorales de calidad*

RETRACTOR DE LABIOS EN "C": Posee bordes redondeadas y ausencia de imperfecciones, evitando incomodidad al paciente, proporcionando calidad a las fotografías orales.

INDICACIÓN: Fotografías odontológicas.

INSTRUCCIONES DE USO: Lleve el RETRACTOR DE LABIOS EN "C", a la boca del paciente sujetándolo por el mango y manténgalo en su posición, con la ayuda del paciente. Para fotografías frontales, manténgalos retractores en posición (una en el lado derecho y uno a la izquierda) y arrastrar con la misma intensidad en dirección contraria a los labios. Para fotografías laterales, arrastrar el producto con mayor intensidad en el lado de ser fotografiado, mostrando los dientes posteriores. El retractor apoyará la otra, empujando la región de los dientes anteriores. En ambas situaciones, el paciente debe cerrar la boca después de la acomodación de los retractores.

LIMPIEZA: La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar residuos a través de limpieza manual.

DESINFECCIÓN: Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez minutos.

ESTERILIZACIÓN: Deberá realizarse en autoclave a una temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para cada uso.

ACONDICIONAMIENTO: Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.

COMPOSICIÓN: Policarbonato cristal.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes del uso. No permita que el producto toque las paredes interiores del autoclave.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto antes de cada uso y compre un nuevo caso pueda observar fatiga excesiva o presenten riesgo de quiebra.

Código	Descripción	Presentación	ANVISA
102042100615	Retractor de Labios en "C"	1 Unidad	I 80213420029
102042100610	Retractor de Labios en "C"	2 Unidades	I 80213420029

EC REP Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Industria Brasileña

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES
/indusbello /indusbello /indusbello